



编号: 0004-2021-2023

不符合项报告

企业名称:	苏州德品医疗科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 马晓甫	
查出厂编号为 290 的“洛氏硬度计”校准证书, 证书编号为 C22051841BYC-01, 校准日期为 2022 年 6 月 14 日。企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认总则”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>张永强</u> 陪同人员(签名) <u>马晓甫</u> 企业部门代表(签名) <u>马晓甫</u> 日期: 2023 年 2 月 8 日			
纠正措施: 1. 立即对“洛氏硬度计”依据 GB/T19022-2003 标准规定进行计量确认验证; 2. 举一反三, 排查类似不符合情况并及时纠正; 3. 培训相关负责人 GB/T19022-2003 标准条款, 并做培训评价 企业部门代表签名: <u>马晓甫</u> 审核员签名: <u>张永强</u>			
纠正措施完成情况: <u>立即整改并排查纠正。</u> 审核组代表签名: <u>张永强</u> 日期: <u>2023.2.8</u>			

可另附页