



编号: 0009-2020-2023

不符合项报告

企业名称:	东营市久诺尔石油设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量技术部		陪同人员: 孙振英	
不符合事实描述: 发现编号:1920346, 测量范围: 0~150) mm 的游标卡尺, 2023 年 01 月 09 日校准, 但没有进行计量验证直接使用。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 7.1.1 计量确认 总则的要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 计量确认 总则</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u></u> 陪同人员(签名) <u></u> 企业部门代表(签名) <u></u> 日期: 2023 年 01 月 17 日			
纠正措施:1、对编号:1920346, 测量范围: 0~150) mm 的游标卡尺 进行验证, 合格后投入使用, 并保存可追溯的验证记录。 2 对其他测量设备验证记录进行核查, 并做好记录。杜绝类似问题发生。 3 组织对相关人员进行培训。 企业部门代表签名: <u></u> 审核员签名: <u></u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u></u> 日期: 2023 年 01 月 17 日			

可另附页