




测量设备溯源抽查表

编号：0257-2019-2023

企业名称	东营市远信电器与技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打 √ 不符合打×
生产车间	游标卡尺	CB507167	(0-300) mm	$\pm 0.04\text{mm}$	5 等量块	山东博测计量检测技术有限公司	2022. 12. 30	√
生产车间	卷尺	01	5m	$U=0.85\text{mm}$; $k=2$	标准钢卷尺 $MPE=\pm (0.03+0.03L)\text{mm}$	山东博测计量检测技术有限公司	2022. 12. 30	√
生产车间	压力表	2306	(0-60) MPa	1.6 级	数字压力计标准装置 0.05 级	山东博测计量检测技术有限公司	2022. 12. 30	√
生产车间	外径千分尺	131072463	(0-25) mm	$\pm 4\text{ }\mu\text{m}$	千分尺专用量块, 2 级/4 等	山东博测计量检测技术有限公司	2022. 12. 30	√
生产车间	钢直尺	ZY00722058	(0-400) mm	$U=0.08\text{mm}$ $+0.04L$; $k=2$	精密位移标准装置 $U=3.2\text{ }\mu\text{m}$; $k=2$	山东博测计量检测技术有限公司	2022. 12. 30	√

审核综合意见：
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由)
公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，公司未建计量标准，测量设备由生产部负责溯源并保管证书，公司测量设备委托山东博测计量检测技术有限公司，检定/校准，根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期： 2023 年 02 月 01 日上午~02 月 02 日 上午

审核员签字：  部门代表签字： 

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。