



测量设备溯源抽查表

编号：0061-2022-2023


企业名称	盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	液压式万能试验机	0806657	KQC-1000B	1.0 级	测力仪标准装置：0.3 级	盘锦市计量测试所	2022 年 11 月 27 日	√
生产技术部（车间）	游标卡尺	6301430242	(0~150) mm	±0.03mm	量块：4 等	盘锦市计量测试所	2022 年 11 月 27 日	√
质检部	外径千分尺	8110286	(0~25) mm	±0.004μm	量块：4 等	盘锦市计量测试所	2022 年 11 月 27 日	√
质检部	抽油杆螺纹环规	603017	B1-19	小径：U=5μm，k=2； 螺距：U=1.5μm，k=2； 台肩面轴向偏差：U=3μm，k=2 牙型半角：U=3'，k=2	螺纹量规扫描测量： 长度：1μm； 角度：5"	中国计量科学研究院	2022 年 6 月 21 日	√
质检部	抽油杆螺纹塞规	708004	P5-22	中径：U=2μm，k=2； 全牙大径：U=5μm，k=2； 截短牙大径：U=-5μm，k=2； 螺距：U=-1.5μm，k=2； 台肩面轴向偏差：U=3μm，k=2 牙型半角：3'，k=2	螺纹量规扫描测量： 长度：1μm； 角度：5"	中国计量科学研究院	2022 年 6 月 21 日	√
生产技术部（车间）	耐震压力表	01830168	(0~60) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准装置：0.05 级	盘锦市计量测试所	2022 年 11 月 27 日	√
生产技术部（车间）	氩气压力表	02000193	(0~25) MPa	2.5 级	活塞式压力表：0.05 级	盘锦市计量测试所	2022 年 11 月 27 日	√
质检部	冲击试验机	1301	JBW-300B	1.0 级	冲击试验机检定仪（力值）：0.1 级	盘锦市计量测试所	2022 年 11 月 27 日	√
质检部	超声波测厚仪	N480986	TM-8810	±(H/100+0.1) mm	标准厚度片：U=0.8μm，k=2	盘锦市计量测试所	2022 年 11 月 27 日	√
生产技术部（车间）	氧压表	01120128	(0~4) MPa	2.5 级	活塞式压力表：0.05 级	盘锦市计量测试所	2022 年 11 月 27 日	√

审核综合意见：

公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托盘锦市计量测试所、中国计量科学研究院等第三方机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。



审核日期:2023 年 01 月 14 日

审核员签字: 

部门代表签字: 

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。