



测量设备溯源抽查表

编号: 1143-2021-2023

河北冀高电力器材开发有限公司									
企业名称	部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
	质检部	绝缘电阻测试仪	1900664	TD2550	5.0 级	数字高压表 DCV:Urel=0.16%K=2 ACV:Urel=0.33%K=2 兆欧表检定装置: 0.2 级	广东中准检测有限公司	2022.3.22	√
	质检部	抗弯试验机		WDS-20	U _{re} =0.4%, K=2	标准测力仪, 0.3 级	山东博测计量检测技术有限公司	2022.3.22	√
	质检部	水煮试验箱	2020526	CX-Z30	U=0.5℃,K=2	多通道巡检仪, (-70~300)℃,U=0.13℃,k =2	山东博测计量检测技术有限公司	2022.3.23	√
	质检部	镀层测厚仪	151012	LYT-2008	U=2.2 μmK=2	测厚仪标准片 MPE:± 1.0%	广东中准检测有限公司	2022.3.22	√
	质检部	游标卡尺	54121	(0-200) mm	±0.03mm	量块 5 等	广东中准检测有限公司	2022.3.23	√
	质检部	指针式交流电压表	19020505	69L17-V	Urel=0.2%K=2	多功能校准仪 DCV:Urel=0.0004% ACV:Urel=0.007% DCL:Urel=0.013% ACL:Urel=0.04% R:Urel=0.0008% f:Urel=0.00008% K=2	广东中准检测有限公司	2022.3.23	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《测量设备溯源管理程序》,公司未建最高计量标准,测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司、山东博测计量检测技术有限公司等机构检定/校准,校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况,该公司的溯源符合要求。

审核日期: 2023 年 2 月 6 日

审核员签字:

孙永春

部门代表签字:

张