



测量设备溯源抽查表

编号: 1378-2021-2023

企业名称	山东元明晴技术有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
技术中心	数字万用表	259384 03545	F12E+	① DCV: $\pm 6\text{mV}$ $U_{\text{rel}}=0.17\%$ ② ACV: $\pm 12\text{V}$ $U_{\text{rel}}=0.23\%$, ③ DCA: $\pm 0.17\text{mA}$ $U_{\text{rel}}=0.52\%$ ④ ACA: $\pm 0.17\text{mA}$ $U_{\text{rel}}=0.55\%$ ⑤ R: $\pm 0.007\text{M}\Omega$ $U_{\text{rel}}=0.30\%, k=2$	多功能校准器: DCU: $U_{\text{rel}}=0.01\%$ DCI: $U_{\text{rel}}=0.017\%$ ACU: $U_{\text{rel}}=0.017\%$ ACI: $U_{\text{rel}}=0.04\%$ OHM: $U_{\text{rel}}=0.03\%$ $k=2$	广东六零二计量检测有限公司	2022.9.1	√
技术中心	天宝数字水准仪	734054	DINI03	$U=1.2''$, $k=2$	水平仪检定器: $U_{\text{rel}}=2.4\%$, $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.4.6	√
项目实施部	测距仪	837031	DISTO D510	$U=0.6\text{mm}$, $k=2$	标准钢卷尺: $U=5\mu\text{m}+5\times 10^{-6}L$ $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.4.6	√
项目实施部	自动安平水准仪	1941605	NNAL2 32	$U=1.2''$, $k=2$	水平仪检定器: $U_{\text{rel}}=2.4\%$, $k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2022.4.6	√

审核综合意见:

公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，测量设备由技术中心负责溯源。测量设备全部委托广东六零二计量检测有限公司、深圳中电计量测试技术有限公司进行校准，校准证书由技术中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 02 月 06 日下午~02 月 07 日上午

审核员签字:

刘复荣

部门代表签字:

刘斌