



测量设备溯源抽查表

编号: 0267-2019-2023

企业名称	代傲水务科技（上海）有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	外径千分尺	W190812431	(25~50) mm	$\pm 0.004\text{mm}$, $U=1.4\mu\text{m}$ $k=2$	量块: 4 等	深圳市中正计量检测有限公司	2023.02.03	√
质量部	外径千分尺	W190915724	(0~25) mm	$\pm 0.004\text{mm}$, $U=1.4\mu\text{m}$ $k=2$	量块: 4 等	深圳市中正计量检测有限公司	2022.02.03	√
质量部	带表卡尺	HKSD21020311	(0~150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$, $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块: 4 等	深圳市中正计量检测有限公司	2022.02.03	√
生产部	数显百分表	9061369	(0~5) mm	$U=2\mu\text{m}$ $k=2$	指示表检定仪: $U=0.8\mu\text{m}$, $k=2$	深圳市中正计量检测有限公司	2022.02.03	√
质量部	千分表	9104127	(0~1) mm	$U=2.0\mu\text{m}$ $k=2$	指示表检定仪: $U=0.8\mu\text{m}$, $k=2$	深圳市中正计量检测有限公司	2022.02.03	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托“深圳市中正计量检测有限公司”(机构注册号为 CNAS L5026) 进行校准, 校准证书由质量部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 2 月 9 日上午至 2 月 9 日下午

审核员签字:

部门代表签字: