



测量设备溯源抽查表

编号: 0292-2020-2023

企业名称	瑞瑶环境科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	电子万能试验机	1406-012	DLD-50 kN	1 级	标准测力仪: 0.1 等	安徽省计量科学研究院	2022.05.11	√
品质部	伺服电脑式拉力压力试验机	LG2498	HF-6001	±1%	标准测力仪: 0.3 等	安徽省计量科学研究院	2022.05.11	√
生产中心	游标卡尺	10051275	(0-500) mm	±0.05mm	量块: 4 等	安徽省计量科学研究院	2022.05.11	√
生产中心	电子台秤	734742	TCS-150	III 级	标准砝码: M ₁ 等级	安徽省计量科学研究院	2022.05.11	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托“安徽省计量科学研究院”进行检定校准”, 检定校准证书由品质部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 2 月 10 日上午至 2022 年 2 月 11 日上午

审核员签字:

部门代表签字: