



编号: 0292-2020-2023

不符合项报告

企业名称:	瑞瑶环境科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质部		陪同人员: 吴强强	
不符合事实描述: 查品质部出厂编号为 734742 “电子台秤” 检定证书, 检定日期为 2022 年 7 月 7 日, 查该设备未粘贴计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.2.4 标识”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ; 审核员(签名) <u>李永强</u> 陪同人员(签名) <u>吴强强</u> 企业部门代表(签名) <u>王可明</u> 日期: 2023 年 02 月 11 日			
纠正措施: <u>对电子台秤根据检定证书的信息, 粘贴确认标识, 举一反三, 对比确认整改。</u> 企业部门代表签名: <u>王可明</u> 审核员签名: <u>李永强</u>			
纠正措施完成情况: <u>经判定纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>李永强</u> 日期: <u>2023.2.11</u>			

可另附页