



编号: <u>0147-2022-2023</u>

企业名称	THE THINK							
部门	测量设备 名称	测量设 备编号	型号规格	测量设备 计量特性	测量标准装置 名称及技术参 数	检定/校准 机构	检定/校准 日期	符合 打√ 不符 合打 ×
生产技术部	漆膜测厚 仪	1006199 90	MP0	U=0. 5μm, k=2	测厚仪标准片/ U=0.4μm k=2	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.7.11	V
生产技术部	数显卡尺	1911073 7	(0~ 300) mm	U=0.02mm , k=2	量块/ 4 等	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.7.11	\checkmark
质检部	耐压测试 仪	BGAI-00 9	RK2671B M	U _{rel} =1.8% , k=2	耐电压测试仪 校准仪/ 电流/电压: ± (0.4%×读数 +0.1%×量程)	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.7.11	\checkmark
质检部	接地电阻 测试仪	0921975 73	VC4105B	U _{rel} =0.5% , k=2	接地电阻仪检 定装置/ U _{rel} =0.03%, <i>k</i> =2	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.12.13	
生产技术部	钢卷尺	HQ-012	7.5m	U=0.3mm, k=2	标准钢卷尺/ <i>U</i> =5µm+5*10- 6L, <i>k</i> =2	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.7.11	\checkmark
质检部	绝缘电阻 测试仪	C193088 715	UT501A	U _{rel} =2.5%, k=2	可调式高阻箱/ <i>U_{rel}=</i> 0.06%, <i>k</i> =2	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.7.11	\checkmark
生产技术部	恒温恒湿 试验箱	2016182	HS-400F	U=0.9℃, k=2	智能型温湿度 场巡检仪/ <i>U</i> =0.2°C, <i>k</i> =2	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.12.13	\checkmark
生产技术部	功率测试 仪	100328- 001	RK9940N	U _{rel} =0.08%, k=2	多功能校准仪/ DCV: U _{rel} =0.002%, <i>k</i> =2	深圳中电计 量测试技术 有限公司	2022.7.11	V

审核综合意見:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》,《溯源性管理程序》。公司未建立最高计量标准,测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托"深圳中电计量测试技术有限公司"(机构注册号为 CNAS L10466)"、"天津市滨海新区检验检测中心(计量检定机构授权证书号:(津)法计(2018)0021)"进行校准,校准证书由质检部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。





说明:"计量特性"可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。