



编号: 0147-2022-2023

不符合项报告

企业名称:	天津龙鼎熙石化新能源科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 李向平	
不符合事实描述: 编号为 1033266 的压力表为强制检定计量器具, 未纳入测量设备台账进行管理。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 6.3.1 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u> ; 次要不符合 <u>√</u> ; 审核员(签名) <u>2fmm</u> 陪同人员(签名) <u>李向平</u> 企业部门代表(签名) <u>宋永跃</u> 日期: <u>2023.2.26</u>			
纠正措施: <u>①更新测量设备台账, 将压力表列入台账.</u> <u>②召集相关人员进行相关标准条款培训, 提高业务能力.</u> <u>③举一反三, 对相关问题进行排查, 确保无类似问题发生.</u> 企业部门代表签名: <u>宋永跃</u> 审核员签名: <u>2fmm</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施已经有效.</u> 审核组代表签名: <u>2fmm</u> 日期: <u>2023.2.26</u>			

可另附页