

高度控制测量过程有效性确认报告

部门: 检测中心

测量过程名称		绝缘电阻测量过程	测量参数	MΩ
测量过程设计要求		(0-200)MΩ	过程测量要求/依据	绝缘电阻测量过程标准
测量过程规范 要求	控制要素	控制要求		是否满足规定要求
	配备的测量设备及编号	绝缘电阻表 ER-11-1002		满足
	测量程序、方法	直接测量《绝缘电阻测量规范》		满足
	环境条件	(10-35℃)		满足
	测量软件	/		/
	操作者能力	持证上岗, 上岗证号: P91309		满足
	其他影响量	/		/
	测量不确定度	u=7.0% k=2		
有效性确认结果		测量不确定度满足测量过程的测量要求, 为该测量过程有效合格。		
确认人: 任强 日期: 2022.12.13				

确认人: 任强

日期: 2022.12.13