



受理编号: 0139-2023

计量要求导出和计量验证记录表

测量过程名称	绝缘电阻测量过程		被测参数要求(含公差)	电阻 (2~100) MΩ ±5%	
被测参数要求识别依据文件	GB 7000.1-2015, GB 19510.1-2009				
计量要求导出方法 (可另附)	根据 GB 7000.1-2015 灯具一般安全要求与试验方法、GB 19510.1-2009 灯具控制装置 第1部分: 一般要求和安全要求, 得到测量要求为 (2~100) MΩ ±5%。根据计量学导出规则, 得到计量要求为: (0~200) MΩ ±3%。符合要求。				
计量校准过程	测量设备名称/编号	型号规格	主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度)	校准/检定证书编号	校准/检定日期
	绝缘电阻表	1508	(0~1000) MΩ ±1.5%	DX0812183381-001	2022.8.16
计量验证记录 计量要求为: (0~200) MΩ ±3%, 该设备经校准最大误差为 -1 MΩ, 小于计量要求 ±3%, 符合验证要求。 验证结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项) 验证人员签字: 李进 验证日期: 2022年 8 月 26日					
审核记录: 1. 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求? 是 2. 计量要求导出方法是否正确? 正确 3. 测量设备的配备是否满足计量要求? 满足 4. 测量设备是否检定/校准? 校准 5. 测量设备验证是否正确? 正确 审核员签名: 邱明荣 企业代表签字: 张伟 审核日期: 2023 年 2 月 18 日					