



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 0139-2023

测量设备溯源抽查表

企业名称	华莱科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
厂用工程部	304光谱分析仪	CS-01-004	304	见证书附件	——	上海市材料研究所	2012.4	✓
厂用工程部	压力表	FP-13-C113	Y-100	10-1.6MPa	精密压力表 装置(0.1-10)MPa	嘉定区计量所	2020.11.22	✓
厂用工程部	光谱分析仪	JH-12-001	SPECTRO MAXX	10、2015-32.1%	0.4级 铂及合金材料 光谱分析仪	上海市计量测试技术研究院	2022.11.02	✓

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《测量设备管理程序》、《溯源性管理程序》。公司无最高计量标准, 测量设备由检验中心负责溯源。除冲击锤外, 均委托上海市计量院、嘉定区计量所等机构进行检定/校准, 证书由检验中心保存。根据抽查情况, 公司的标准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023年2月17日~2月18日

审核员签字: 何行明 部门代表签字: 李进

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。