



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-09 测量设备溯源抽查表 (07 版)

编号: 0139-2023

测量设备溯源抽查表

企业名称 华荣科技股份有限公司能源事业部								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
能源事业部	压力表	FP-11-K018	YX-100	(0~1.6) MPa 1.6 级	精密压力表 YB-150 (0~1.6) MPa 0.4 级 编号: 190548460 LX-20220803322368 2023.08.04	嘉定计量所	2022.12.13	√
能源事业部	智能电量测试仪	EP-31-K003	PF9804	(1~600) V ±1%, 5℃~40℃	多功能校准仪 5522A 10mV~1020V ±0.01% 编号: 2941904 市计量院 2022F11-10-4045653001 2023.08.10	上海舒美计量检测有限公司	2022.08.19	√
能源事业部	直流电阻器	ER-52-K003	060216	(1~111111) Ω 0.1 级	数字多用表 8846A 10m Ω~1G Ω ±0.01% 编号: 1744024 市计量院 2022F11-10-38938490011 2023.06.08	上海舒美计量检测有限公司	2022.11.15	√
能源事业部	电子秤	FM-11-K001	ALH-30	(0.1~30) kg ±0.1kg	砝码 1g~2kg 01~15/10kg 01~2 1g~2kg/F2 10kg/M1 编号: 01~15 01~02 市计量院 2021K11-10-3306887001 2022.08.24 2022K11-20-4006582001 2023.7.19	上海舒美计量检测有限公司	2022.08.19	√
能源事业部	数显游标卡尺	LG-11-K014	(0~200) mm	(0.2~150) mm ± 0.02mm	量块 12 块组 (10~291.8) mm/4 等 编号: 50904 市计量院 2021D12-21-3472052001 2022.08.15	上海舒美计量检测有限公司	2022.06.19	√



审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

能源事业部无自检项目, 未建立最高计量标准, 测量设备由本部门负责溯源。部门测量设备全部委托嘉定计量所、上海舒美计量检测有限公司、市计量测试研究院等机构检定/校准, 校准/检定证书由本部门保存。根据抽查情况, 该部门的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 2 月 17 日~2 月 17 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。