



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-1-09 测量设备溯源抽查表 (07版)

编号: 0139-2023

测量设备溯源抽查表

企业名称	华荣科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
检测中心	标准电阻	ER12-C032	Rx24-50W-R5F	(0~500)mΩ ±2%	低阻测试仪 1mΩ~3.5MΩ ±0.02%	上海希贝计量校准技术有限公司	2022.6.1	√
检测中心	电子天平	FM-21-C021	AWH-3-SA 13000g	(0~3000)g ±2.0g	砝码 F1等 1g~210g	"	2023.2.6	√
检测中心	电子台秤	FM-21-C019	XK315(W) 25kg	(0~25)kg ±1.0e	砝码 M1等 100mg~1000kg	"	2023.2.6	√
检测中心	外径千分尺	LG-21-C006	SHATE	(0~25)mm ±4μm	量块 4等 (1.2~100)mm	"	2022.7.16	√
检测中心	温度计	FH-51-C010	WS-200	(0.01~10)% ±0.3%	数显温度计 99.994% V=0.0008 K=2	上海计量测试院	2022.6.27	√
检测中心	绝缘电阻表	ER-11-C002	1508	(0~1000)MΩ ±1.5%	精密电阻箱 (0.01~111111.11)Ω 0.01% 0.01% 0.01%	苏州赛宝校准技术有限公司	2022.8.16	√

审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告,进行评价,说明理由)

公司已制定《计量确认管理程序》、《计量设备管理程序》、《计量设备检定程序》,公司未建最高计量标准,检测由检测中心负责溯源。公司检测设备及外检委托上海计量测试院、上海希贝计量校准技术有限公司等外协方进行检定或校准,检定或校准证书由检测中心负责保存。根据抽查情况,该公司检测设备及校准情况符合溯源要求。

审核日期: 2023年2月17日~2月18日

审核员签字: 邱亚英

部门代表签字: 张伟

说明:“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。