



测量设备溯源抽查表

编号: 0258-2020-2023

企业名称		新郑黄金叶实业有限责任公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
辅料研发中心	综合测试台	F1201	G1105-0200	吸阻: $\pm 1\%$ 长度: $U=0.02\text{mm}$; $k=2$; 圆周: $U=0.01\text{mm}$; $k=2$	砝码 F_1 级	深圳中恒检测技术有限公司	2022.06.04	√
辅料研发中心	接触角测量仪	30006993	DSA100S	MPE: $\pm 5'$ $U=3'$; $k=2$	角度量块: 1 级	深圳中恒检测技术有限公司	2022.06.04	√
辅料研发中心	烟草数字投影仪	TPI2012019002	TP15002	$\pm 2\mu\text{m}$ $U=1.4\mu\text{m}$; $k=2$	玻璃线纹尺: $U=0.3\mu\text{m}+1.25\times 10^{-6}L$; $k=2$	深圳中恒检测技术有限公司	2022.06.04	√
辅料研发中心	游标卡尺	84468	(0-150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$; $k=2$	量块: 4 等	深圳中恒检测技术有限公司	2022.06.04	√
辅料研发中心	电子天平	743351	JE1002	$U=0.05\text{g}$; $k=2$	M1 级砝码 M1 级	深圳中恒检测技术有限公司	2022.06.04	√
各生产工段	电子秤	7154	ACS-70干型	合格	M1 级砝码 M1 等级	新郑市工商管理和质量技术监督检验测试中心	2022.09.15	√
辅料研发中心	密度折光仪	83900099	DMA4500M	密度值: $U=0.00002\text{g/ml}$; $k=2$ 折光率: $U=0.000005nD$; $k=2$	实验室纯水机 $U=0.0000067\text{g/ml}$ $k=2$	河南省计量科学研究院	2022.09.15	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由企业管理(安保)部负责溯源。公司测量设备全部委托“深圳中恒检测技术有限公司”、“河南省计量科学研究院”、“新郑市工商管理和质量技术监督检验测试中心”进行检定校准。检定校准证书由企业管理(安保)部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 2 月 16 日上午—2023 年 2 月 17 日下午

审核员签字: 刘永生

部门代表签字: 刘海燕