



测量设备溯源抽查表

编号: 0097-2022-2023

企业名称 上海烟草包装印刷有限公司								
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
部门一	电子天平	d00118	XPE205	220g/0.01mg	砝码定值量 砝码1mg~500g	上海市质量监督检验技术研究院	2022.10.17	①级合格
部门二	百分表	8805204	FLREPH0	(0~110)±2.0	千分尺量程 0~100	上海市质量监督检验技术研究院	2023.1.6	一级合格
部门三					(780~780)mm U=0.8~1.2			
部门三	纸张测厚仪	45676	/	(0.25)mm	量块(8310) (0.5~100)mm	上海市质量监督检验技术研究院	2022.7.21	校准 U=1.5mm (K=1)
部门三	砝码	FM0806	/	200g(11)	砝码 E=16 砝码 0.1g	" "	2022.10.17	M2等合格
部门三	百分表	VF2122-027	(0~50)mm	(0~50)mm	测深仪 (2000~2000)mm	" "	2022.3.2	校准 U=1.3mm (K=2)
部门四								李进德验证
部门四								
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)								
有体系相关的控制计划 如计量确认、测量过程、测量设备溯源与量值溯源, 测量设备的验证及相关资料均有建基管理科负责。该部门共有23台测量设备, 均委托上海市质量监督检验技术研究院和上海市质量监督检验技术研究院校准。证书由建基管理科负责保存。根据抽查情况, 该部门的校准情况符合溯源要求。								
审核日期: 2023年3月2日~3月3日 审核员签字: 张明 部门代表签字: 马子一								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。