



测量设备溯源抽查表

编号: 0097-2022-2023

企业名称		上海烟草包装印刷有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
采购物料科	电子温湿度记录仪	175393-0255	COS-03	(0-40)℃ ±1℃ (20-90)%RH ±5%RH	高精度冷镜式露点仪 Optidew Vision (5-50)℃±0.1℃ 编号: JL-A-A1-2298-1/133476 市计量院 2022E13-20-378627001 2023.02.06	质检院	2023.09.13	✓
采购物料科	雷达测速仪	289200-0005	J2360	(20-100) km/h ±1km/h	机动车雷达测速仪 检定装置 SAPSAN-II (10-300)km/h ±0.3km/h 编号: 0707003 市计量院 2022F34-20-203990842001 2023.07.13	计量院	2022.09.05	✓

审核综合意见:
(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

部门测量设备全部委托市计量院、质检院等机构检定/校准, 校准/检定证书由基建设备科保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 3 月 3 日~3 月 3 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。