



测量设备溯源抽查表

编号: 0097-2022-2023

企业名称	上海烟草包装印刷有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
胶印车间	密度仪	464290-0067	NGH-XRX20	(0-1.9)D/无	标准反射板 SMR2 0.0-2.0 U=0.02 (D≤1.00 k=2) U=0.03 (1.00≤D≤2.00 k=2) 编号: 0409 NIM GXC12022-04196 2023.07.25	市计量院	2022.08.24	√
胶印车间	电子液压车秤	231393-0039	T15E	(0-2000) kg III 级	2kg M1 级砝码 10kg M1 级砝码 25kg M1 级砝码 1000kg M12 级砝码 非自动衡器检定装置 《2019》沪量标证字第 S044 号 2023-06-26	市质检院	2022.11.03	√
胶印车间	智能电量表	287300-0485	PM5350	无/2 级	单相电能质量校准器 6105A 电流 (0-80) A±0.01% 电压 (0-1000) V±0.01% 功率 (0.001W-80kW±0.01% 频率 DC-6kHz ±0.01% 功率因数 0-1 ±0.0010 编号: JL-A-A1-3697/291869052 市计量院 2020F14-10-2750568001 2021.09.17	市质检院	2021.08.07	√
胶印车间	温度调节器	172896-0044	ESEM	(0-399) °C 1.5 级	过程认证校准器 744 热电偶 (-210-1820) °C±0.025% 电流 (0-22) mA±0.025% 编号: JL-A-A1-48/103410 市计量院 2022G30-10-4083222001 2023.08.29	市质检院	2023.01.04	√
胶印车间	外径千分尺	122691-0075	/	(0-25) mm/无	量块 20 块组 (5.12-100) mm 4 等 编号: J4-C-A1-867 SQI D21229S00193 2022-12-02	市质检院	2022.07.13	√



审核综合意见:

(抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)

本部门测量设备全部委托市计量测试技术研究院、市质检院等机构检定/校准, 校准/检定证书由基建设备科保存。根据抽查情况, 该部门的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 3 月 2 日~3 月 2 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。