



测量设备溯源抽查表

编号: 0099-2022-2023

企业名称	上海金鼎印务有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
部门一	电子天平	d00118	XPE 205	220g/0.01mg	天平检定证书	上海市质量监督检验技术研究院	2022.10.17	0级合格
部门二	白度计	8805204	ELREPHO	(0~110)±2.0	标准白板 0~100	上海市计量院	2023.1.6	一级合格
部门三	纸张测厚仪	45676	(0~2.5)mm	(0.2~5)mm	量块 (0.5~100)mm	上海市计量院	2022.7.21	校准: $U=1.5\mu m$ $K=2$
部门三	密度计	FM0806	200g	200g	砝码 E2级 0.1g 0.2g	" "	2022.10.17	M=等合格
部门三	钢板尺	VF-2122-027	(0~50)mm	(0~50)mm	量块 (0.5~100)mm	" "	2022.3.2	校准: $U=1.3\mu m$ $K=2$
部门三								有色控货证
部门四								
部门四								
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由)								

有体系相关的程序文件, 如天平检定、测厚仪、测厚仪溯源管理程序, 测量设备的校准证书及相关资料均由质量管理部门负责。该部门共有239台测量设备, 均委托上海市计量院和上海市质量监督检验, 证书由质量管理部门保存。根据抽查情况, 该部门的检校情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023年3月2日~3月3日

审核员签字:

张明华

部门代表签字:

王芳

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。