



测量设备溯源抽查表

编号: 0097-2022-2023

企业名称	天津市正方科技发展有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
技术部	游标卡尺	22101559	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$, $U_{\text{ref}}=0.05\%, k=2$	量块 4 等	北京市计量检测科学研究院	2022.9.20	√
生产部	压力表	B221104174	YZ-100	$\pm 0.04\text{MPa}$, $U_{\text{ref}}=0.05\%, k=2$	智能压力校验仪: 0.05 级	北京市计量检测科学研究院	2022.11.24	√
生产部	压力变送器	20220906002	JL300-a-3051	$\pm 0.50\%$, $U_{\text{ref}}=0.02\%, k=2$	数字压力计标准装置 0.02 级	北京市计量检测科学研究院	2022.11.25	√
技术部	温度变送器	20220908	SBWZ-2408	$\pm 1.0\%FS$, $U=0.4^\circ\text{C}, k=2$	数字多用表 0.01 级 多功能校准源 0.05 级	北京市计量检测科学研究院	2022.9.21	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备全部委托“北京市计量检测科学研究院(机构注册号为 CNAS L0187)”进行校准, 校准证书由技术部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 2 月 16 日下午至 2023 年 2 月 17 日下午

审核员签字:

部门代表签字: