



编号: 0097-2021-2023

不符合项报告

企业名称:	天津市正方科技发展有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术部		陪同人员: 耿艳丽	
不符合事实描述: 查《测量设备停用申请表》1份, 申请停用的测量设备是出厂编号 211103S 的“质量流量计”, 申请批准日期为 2022 年 8 月 10 日。查该设备已粘贴停用标识。查《测量设备台账》上“管理状态”一栏未标注“停用”。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.3.1 测量设备”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>李永波</u> 陪同人员(签名) <u>耿艳丽</u> 企业部门代表(签名) <u>耿艳丽</u> 日期: 2023 年 2 月 17 日			
纠正措施: 根据测量设备停用信息, 将《测量设备台账》中的“管理状态”一栏进行“停用”标注, 并举一反三的整改完成。 企业部门代表签名: <u>耿艳丽</u> 审核员签名: <u>李永波</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>李永波</u> 日期: 2023. 2. 17			

可另附页