



编号: 1379-2021-2023

不符合项报告

企业名称:	浙江和达科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品质管理部		陪同人员: 倪春燕	
不符合事实描述: 品质管理部来料检测室编号为 PGB054 的数字电桥仪, 只粘贴合格证, 标识管理不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.2.4 条款 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>江永红</u> 陪同人员(签名) <u>倪春燕</u> 企业部门代表(签名) <u>倪春燕</u> 日期: 2023. 2. 16			
纠正措施: 立即整改, 将该设备上的合格证更改为计量合格证, 并排查其它设备有无同类问题出现, 有则立即整改, 避免同类问题发生, 同时对相关人员进行口头培训。 企业部门代表签名: <u>倪春燕</u> 审核员签名: <u>江永红</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效 审核组代表签名: <u>江永红</u> 日期: 2023. 2. 16			

可另附页