





测量设备溯源抽查表

编号: 0066-2021-A-2023

企业名称	江西金一电缆有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	金属拉力机	3013	LDS-50	$U_{rel}=0.4\%$ ($k=2$)	标准测力计 0.3 级	博纳检测认证有限公司	2022 年 10 月 20 日	√
质检部	工频火花试验机	ST-25A-2	ST-25A	$U_{rel}=1.3\%$ ($k=2$)	数字高压表 AC:1.0 级; DC:0.5 级	博纳检测认证有限公司	2022 年 10 月 20 日	√
质检部	数字电桥	20100904	QJ36B-2	$100 \mu \Omega$ $\sim 1.5k \Omega$; $U_{rel}=0.05\%$ ($k=2$)	电阻箱 0.05 级	博纳检测认证有限公司	2022 年 10 月 20 日	√
质检部	数显卡尺	210225016 7	(0~150) mm	$U=0.01mm$ ($k=2$)	量块 5 等	博纳检测认证有限公司	2022 年 10 月 20 日	√
质检部	电子密度仪	M1107015	MDY-1	$U=0.003g$ ($k=2$)	砝码 F ₁ 等级	博纳检测认证有限公司	2022 年 10 月 20 日	√
质检部	计米器	HR1902-08 54	HRG-300 S	$U_{rel}=0.2\%$ ($k=2$)	标准钢卷尺 MPE:± (0.03+0.0 3L)mm	博纳检测认证有限公司	2022 年 10 月 20 日	√
质检部	外径千分尺	18040422	(0-25) mm	$U=0.0015m$ m ($k=2$)	量块 4 等	博纳检测认证有限公司	2022 年 10 月 20 日	√
生产部	电子天平	018308	ACS	$U=0.5g$ ($k=2$)	砝码 M ₁ 等级	博纳检测认证有限公司	2022 年 10 月 20 日	√
审核综合意见: (抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告, 进行评价, 说明理由) 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备均全部委托博纳检测认证有限公司机构检定/校准, 校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2023 年 02 月 25 日 审核员签字:  部门代表签字: 								

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

