



测量设备溯源抽查表

编号: 0033-2021-2023

企业名称	山东万昌舜环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	百分表测厚规	01	(0-20) mm	$U=0.0067\text{mm}$, $k=2$	厚度表校准装置: 4 等	沈阳计量测试院	2022.11.04	√
质检部	数显游标卡尺	K08210100 083	(0-150) mm	$\pm 0.03\text{mm}$	量块: 5 等	沈阳计量测试院	2022.11.04	√
质检部	钢卷尺	01	20m	II 级	标准钢卷尺: $\pm (0.03+0.03L)\text{mm}$	沈阳计量测试院	2022.11.04	√
生产部	压力表	NOEE08261 929	(0-1.6) MPa	2.5 级	精密压力表标准装置: (-0.1~60) MPa	齐河县计量所	2023.2.13	√
审核综合意见: 公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托沈阳计量测试院、齐河县计量所进行检定/校准，检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2023 年 2 月 18 日上午~2023 年 2 月 18 日下午								
审核员签字: 刘复荣								
部门代表签字: 徐俊青								