



编号: 0042-2023

测量设备溯源抽查表

企业名称		安徽皖通管业制造有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	万能试验机	WT-01	WDW-20	$U_{rel}=0.8\%$, $k=2$	标准测力仪 $U_{rel}=0.07\%$, $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 05 月 19 日	√
质检部	热变形维卡软化点试验机	WT-04	XRW-300B	$U=0.2^{\circ}\text{C}/\text{h}$, $k=2$	温湿度试验设备自动检定系统 $U=0.08^{\circ}\text{C}, k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 05 月 19 日	√
质检部	塑料管压力试验机	WT-05	MZ-2015	$U_{rel}=0.8\%$, $k=2$	标准测力仪 $U_{rel}=0.08\%$, $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 05 月 19 日	√
生产技术部	游标卡尺	WT-14	(0-150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}$, $k=2$	量块 (12 块, 4 等)	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 05 月 19 日	√
生产技术部	π 尺	220224	$\Phi(900-1200)\text{mm}$	$U=\pm 0.08\text{mm}$, $k=2$	标准钢卷尺 MPE: $\pm(0.03+0.03L)\text{mm}$, $k=2$	深圳市计量质量检测研究院	2022 年 09 月 02 日	√
质检部	落槌冲击试验机	WT-06	XLC-600	高度: $U=0.3\text{mm}$, $k=2$ 质量: $U=0.3\text{g}, k=2$	钢直尺: (1000mm)($U=0.06\text{mm}$, $k=2$), 数显卡尺 (0-150mm)($\pm 0.03\text{mm}$), 电子天平(II级), 钢卷尺: $U=0.2\text{mm}, k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 05 月 19 日	√
质检部	密度分析天平	WT-07	MH-300A	$U=1.5\text{mg}$, $k=2$	F2 等级	东莞市帝恩检测有限公司	2022 年 05 月 19 日	√
生产技术部	压力表	22074215	(0-1.6) MPa	1.6 级	精密压力表: 0.4 级	六安市计量测试研究所	2022 年 12 月 12 日	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。测量设备检定/校准委托“深圳市计量质量检测研究院”、“东莞市帝恩检测有限公司”、“六安市计量测试研究所”进行检定/校准, 检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 03 月 06 日上午~03 月 07 日 下午

审核员签字: 刘东胜

部门代表签字: 张贵