



测量设备溯源抽查表

编号: 0059-2020-2023

企业名称	安徽逸通新型建材科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	压力表	20210999 805	(0-1.6) MPa	符合 1.6 级	智能数字压力校验仪: 0.05 级	安徽省计量科学研究院	2022.08.03	√
品管部	电热鼓风干燥箱	11126	GZX-914 6MBE	$U=0.2^{\circ}\text{C}$ $k=2$	温度测量装置: $U=0.08^{\circ}\text{C}$ $k=2$	安徽省计量科学研究院	2022.08.03	√
品管部	电子天平	83320807 63	AR124C N	① 级	法码: E ₂ 级	安徽省计量科学研究院	2022.08.03	√
品管部	热变形维卡软化点温度测定仪	2018675	RV-300C TW	$U=0.2^{\circ}\text{C}$ $k=2$	温湿度试验设备自动检定系统: $U=0.08^{\circ}\text{C}$ $k=2$	安徽省计量科学研究院	2022.08.03	√
品管部	熔体流动速率仪	2011289	XRL-400	$U=0.3\text{g}/10\text{min}$ $k=2$	熔体流聚乙烯动速率标准物质: $U_{rel}=0.16\text{g}/10\text{min}$, $k=2$	东莞市帝恩检测有限公司	2023.2.27	√
生产部	数显卡尺	03138304	(0-150) mm	$U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块: 4 等	东莞市帝恩检测有限公司	2023.2.27	√
品管部	电子万能试验机	2011342	WDT-W	$U_{rel}=0.3\%$ $k=2$	标准测力仪: 0.3 级	东莞市帝恩检测有限公司	2023.2.27	√
品管部	塑料管压力试验机	20120503	MZ-2015	$U_{rel}=0.3\%$ $k=2$	测力传感器: 0.3 级	东莞市帝恩检测有限公司	2023.2.27	√
生产部	电子秤	340406	TCS-150	MPE: $\pm 75\text{g}$ $U=50\text{g}$	F1 等级	东莞市帝恩检测有限公司	2023.2.27	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托“东莞市帝恩检测有限公司(机构注册号: CNAS L6483)”、“安徽省计量科学研究院(机构授权证书号: (国) 法计(2017) 01023 号)”进行检定校准, 检定校准证书由品管部保存。根据抽查情况, 该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 03 月 08 日上午至 2023 年 03 月 09 日上午

审核员签字:

部门代表签字: