




测量设备溯源抽查表

编号: 0046-2020-2023

企业名称	山东鲁正电子有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	电能表检验装置	0305191	PTC-8320D	0.05 级	三相电能表标准装置 (100-0.1 (含)) A: 0.01 级; (0.1-0.05 (含)) A: 0.05 级; (0.05 A -5mA (含)): 0.03 级;	山东省计量科学研究院	2021.7.30 周期间隔 24 月	√
生产部	水表检定装置	424	LS-4B	0.2 级	液体流量标准装置检定装置 $U_{rel}=0.03\%$, $k=2$	山东省计量科学研究院	2023.2.27	√
质控部	百分表	J03370	(0-5)m m	示值误差 12 μ m, 回程误差 3 μ m	指示表检定装置: MPE: $\pm 3\mu$ m	济南市计量检定测试院	2023.2.11	√
生产部	压力表	1016	(0-1.6) MPa	1.6 级	活塞式压力计标准装置: 0.05 级	济南市计量检定测试院	2023.2.11	√
质控部	圆柱螺纹环规	SDLZ-022	GI-A	$U=0.004$ m m, $k=2$	圆柱螺纹量规检定装置: 测长仪: MPE: $\pm (0.5+L/1000)$ μ m; 三针: $U=0.21\mu$ m,($k=2$)	济南市计量检定测试院	2023.2.11	√
质控部	橡胶硬度计	333370	LX-A	$U=0.3$ HA, $k=2$	标准测力仪 0.1 级	济南市计量检定测试院	2023.2.11	√
审核综合意见: 公司未建立最高计量标准, 测量设备由质控部负责溯源。公司测量设备全部委托“山东省计量科学研究院 (计量授权证书号: (国) 法计 (2017) 01024 号”、“济南市计量检定测试院” (计量授权证书号: (鲁) 法计 (2018) 37001 号)”进行检定/校准, 检定/校准证书由质控部保存。根据抽查情况, 该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。								
审核日期: 2023 年 3 月 3 日上午至 2023 年 3 月 3 日下午								
审核员签字:  部门代表签字: 								