



编号: 0046-2020-2023

不符合项报告

企业名称:	山东鲁正电子有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质控部		陪同人员: 王虎	
不符合事实描述: 查质控部提供的型号规格 HC3100, 出厂编号 0310129 的“三相标准电能表”检定证书, 检定日期为: 2022 年 2 月 22 日, 有效日期 2023 年 2 月 21 日。查该设备 2023 年 2 月 15 日已拆卸送检, 企业未提供出溯源记录。 不符合认证审核准则条款号: “7.3.2 溯源性” 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合____; 审核员(签名) 王虎 陪同人员(签名) 王虎 企业部门代表(签名) 王虎 日期: 2023 年 3 月 3 日			
纠正措施: 该三相标准电能表已送山东省计量科学研究院, 立即联系机构确认检定完成时间, 领取证书。 举一反三进行整改。 企业部门代表签名: 王虎 审核员签名: 王虎			
纠正措施完成情况: 企业制度的纠正措施可行。 审核组代表签名: 王虎 日期: 2023.3.3			

可另附页