



编号: 0145-2022-2023

测量设备溯源抽查表

企业名称	沐城测绘(北京)有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
总工办	CNSSS 接收机	3355794	i90	$U=2.1\text{mm}$, $k=2$	GPS 接收机校准场 最大允差 1×10^{-7}	北京金华大地光电仪器校准中心	2022.11.30	√
总工办	CNSS 接收机	1050829	i70	$U=2.1\text{mm}$, $k=2$	GPS 接收机校准场 最大允差 1×10^{-7}	北京金华大地光电仪器校准中心	2022.11.30	√
总工办	水准仪	1100804	AL328-A	$U=1.2''$ $k=2$	精密水准仪经纬仪综合 检验仪 一级	北京金华大地光电仪器校准中心	2022.4.27	√
总工办	水准仪	1100145	AL328-A	$U=1.2''$ $k=2$	精密水准仪经纬仪综合 检验仪 一级	北京金华大地光电仪器校准中心	2022.4.27	√
总工办	手持式激光测距仪	1263915413	DISTO D2 New	$U=0.8\text{mm}$, $k=2$	手持式激光测距仪检定 装置 MPE: $\pm$ ($0.03+0.03L$)mm 相对误差: $\leq 1\times 10^{-6}$	北京金华大地光电仪器校准中心	2022.6.28	√
总工办	全站仪	Y900881	RTS322R 5L	加长数测量结果不确定度: $U=0.78\text{mm}$ $k=2$ 一测回水平方向标准偏差测量结果不确定度 $U=0.20''$, $k=2$	全站仪检定装置 测角部分: 小于 $1''$ 相对误差: $\leq 1\times 10^{-6}$	北京金华大地光电仪器校准中心	2022.4.27	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由总工办负责溯源。公司测量设备全部委托北京金华大地光电仪器校准中心等机构校准，校准证书由总工办保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2022 年 02 月 22 日

审核员签字:

部门代表签字:

说明: “测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。