



编号: 0216-2022-2023

不符合项报告

企业名称:	浙江皓基流体科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 乔艳云	
不符合事实描述: 抽查编号为 GK16052531, 规格型号为 0-150mm 的带表深度卡尺, 检定证书编号为 CS202300017, 检定日期为 2023 年 01 月 31 日, 周期为半年; 查测量设备管理台账, 该设备记录检定日期为 2023 年 02 月 1 日, 周期为 12 个月, 测量台账信息和证书不一致。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>杨子林</u> 陪同人员(签名) <u>乔艳云</u> 企业部门代表(签名) <u>吴子浩</u> 日期: 2023 年 3 月 4 日			
纠正措施: <u>因工作疏忽, 导致台账与证书信息不一致, 纠正措施: ① 把该测量设备检定证书信息重新在台账中登记; ② 核对所有检定和校准证书, 检查有无类似问题存在。</u> 企业部门代表签名: <u>吴子浩</u> 审核员签名: <u>杨子林</u>			
纠正措施完成情况: <u>以上措施有效。</u> 审核组代表签名: <u>杨子林</u> 日期: <u>2023.3.4</u>			

可另附页