



编号: 0164-2023

不符合项报告

企业名称:	无锡大禹科技有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 研发部		陪同人员: 陈韦萍	
<p>不符合事实描述:</p> <p>查研发部化验室配备的监测环境用温湿度计, 该温湿度计没有校准。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性</p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合√</p> <p>审核员(签名) <u>刘燕</u> 陪同人员(签名) <u>陈韦萍</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>陈宁</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2023 年 02 月 28 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>立即对温湿度计进行专业校准并全面整改。</p> <p>企业部门代表签名: <u>陈宁</u> 审核员签名: <u>刘燕</u> 2023.2.28</p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施可行</p> <p>审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2023 年 02 月 28 日</p>			

可另附页