



编号: 0002-2019-2023

不符合项报告

企业名称:	奥宸科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技术质量部	陪同人员:	杨广东
不符合事实描述: 查企业测量设备数显耐压测试仪编号: BGAE-005 规格 RK2671BM 没有纳入测量设备台账中管理, 不符合 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备条款 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ____√__; 审核员(签名) 王玲玲 陪同人员(签名) 杨广东 企业部门代表(签名) 丁勇 日期: 2023.3.3			
纠正措施: 立即将该测量设备纳入台账管理, 对其他设备进行检查, 杜绝类似问题再次发生 企业部门代表签名: 丁勇 审核员签名: 王玲玲 2023.3.3			
纠正措施完成情况: 纠正预防措施已完成整改并符合要求 审核组代表签名: 王玲玲 日期: 2023.3.3			

可另附页

