






编号: 0066-2018-2023

不符合项报告

企业名称:	正弦科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质管部	陪同人员:	赵冰
不符合事实描述: 检查合格供方名录,发现“深圳中电计量测试技术有限公司”列入合格供方名录,但未提供有效性的评价记录。不符合 GB/T19022-2003 6.4 条款的规定要求。 不符合审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名)  日期: 2023. 03. 03			
纠正措施: 1. 对“深圳中电计量测试技术有限公司”校准服务、校准能力等组织相关人员进行有效性评价,并做好可追溯记录。 2. 对公司其他供方评价情况进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名:  日期: 2023. 03. 03			

可另附页