



编号: 0036-2019-A-2023

不符合项报告

企业名称:	安徽金大仪器有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产车间	陪同人员: 王子		
不符合事实描述: 查: 生产车间编号为 1332 的活塞式压力计、砝码未见计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合__√__; 审核员(签名) 李政阳 陪同人员(签名) 王子 企业部门代表(签名) 马秀梅 日期: 2023.3.10			
纠正措施: 举一反三, 对各部门配备的所有测量设备进行检查, 标识按照标准进行张贴。 企业部门代表签名: 马秀梅 审核员签名: 李政阳			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效 审核组代表签名: 李政阳 日期: 2023.3.10			

可另附页