



测量设备溯源抽查表

编号：0006-2019-2023

企业名称	安徽宝龙环保科技有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质量管理部	带表卡尺	HH971308	(0~150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}, k=2$	量块：5 等	方溯认证检测研究院（深圳）有限公司	2023.02.27	√
质量管理部	光谱仪	USB2+U13310	USB2000+	$U=0.3\text{nm}, k=2$	波长标准灯： $U=0.05\text{nm}, k=2$	上海市计量测试技术研究院	2022.06.21	√
研究（院）中心	数字示波器	C037162	TBS1102	垂直偏转系数： $\pm 3.0\%$ $U_{\text{rel}}=0.7\%, k=2$	多功能校准源： 幅值 $\pm 0.05\%$ 时基 $\pm 0.00025\%$	方溯认证检测研究院（深圳）有限公司	2023.02.27	√
生产管理部	游标卡尺	1108-3344	(0~150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}, k=2$	量块：5 等	方溯认证检测研究院（深圳）有限公司	2023.02.27	√
质量管理部	不透光校准装置	200625	JLFR(TG)-2	$U=0.5\%, k=2$	影像测量仪： $\pm (2.2+L/200) \mu\text{m}$	北京市计量检测科学研究院	2022.03.22	√

审核综合意见：
公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质量管理部负责溯源。公司测量设备全部由方溯认证检测研究院（深圳）有限公司、北京市计量检测科学研究院、上海市计量测试技术研究院等机构校准，校准证书由质量管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2023 年 03 月 16 日上午~03 月 16 日下午

审核员签字：刘复军

部门代表签字：赵杨威