



测量设备溯源抽查表

编号: 0025-2019-2023

企业名称	江特科技股份有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	电子台秤	2083	TCS-150kg	III级	砝码 M ₁ 级	江阴市计量测试检定所	2022 年 04 月 29 日	√
生产部	带表卡尺	HC205580	(0~150)mm	±0.03mm	量块 5 等	江阴市计量测试检定所	2022 年 07 月 26 日	√
生产部	外径千分尺	0721	(0~25)mm	±4μm	量块 4 等	江阴市计量测试检定所	2022 年 04 月 29 日	√
质检部	壁厚连续测量仪	706472	(0~30)mm	$U=0.1\text{mm}$ $k=2$	量块 4 等	江阴市计量测试检定所	2022 年 04 月 29 日	√
质检部	电子天平	B647341553	AR124CN	I 级	砝码 E ₂ 级	江阴市计量测试检定所	2022 年 04 月 29 日	√
质检部	数显温度控制仪	5-02	0~400℃	0.5 级	特稳携式校验仪 0.02 级	江阴市计量测试检定所	2022 年 04 月 29 日	√
质检部	溶体流动速率仪	JTGF-J-07	MFI-1211	$U=0.2^{\circ}\text{C}$ $k=2$	温湿度场巡检仪 温度: 0.06℃ 湿度: 0.1%RH	江阴市计量测试检定所	2022 年 04 月 29 日	√
生产部	精密π尺	10941	φ (15~55)mm	$U=0.02\text{mm}$ $k=2$	激光干涉仪: MPE::± (0.03μm+0.5×10 ⁻⁶ L)	江阴市计量测试检定所	2022 年 04 月 29 日	√
质检部	静液压试验机	1708038	JJHBT-22020	$U=0.008\text{MPa}$ $k=2$	智能数字压力校验仪 0.05 级 电子秒表 ±0.5s/d 绝缘电阻表 10 级	江阴市计量测试检定所	2022 年 04 月 29 日	√

审核综合意见:

公司未建最高计量标准, 测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江阴市计量测试检定所(计量授权证书号:(锡) 法计(2018)2003 号)检定/校准, 检定/校准证书由质检部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 3 月 14 日上午~3 月 15 日上午

审核员签字:

部门代表签字: