



编号: 0163-2018-2023

不符合项报告

企业名称:	深圳市常工电子计算机有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量部		陪同人员: 王芳	
不符合事实描述: 抽查计量设备台帐, 计量器具名称: 水表磨损试验装置, 型号: LSM, 设备编号: 669, 测量范围 L(15~25mm), 校准证书编号: NRC202100324, 计量校准日期: 2021 年 9 月 27 日, 与实际不相符。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/ISO10012:2003 标准 6.3.1 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>01</u>; 审核员(签名) <u>邵相臣</u> 陪同人员(签名) <u>王芳</u> 企业部门代表(签名) <u>郭良</u> 日期: 2023.3.10			
纠正措施: 已进行相关标准培训, 已更新设备台帐, 对水表磨损试验装置计量标准证书的偏差与时间进行确认与修正。 企业部门代表签名: <u>郭良</u> 审核员签名: <u>邵相臣</u>			
纠正措施完成情况: 核心计量标准符合要求, 17 项计量不符合项 审核组代表签名: 日期: 2023.3.14 <u>邵相臣</u>			

可另附页

培训签到表

DOC. No. : QMS-F-008/A/0

课程名称		不符项整改培训 GB/T19022-2003/ISO10012:2003标准						
培训时间		2023. 3. 13				会议室		
序号	部门	签到	考核分数/结果		序号	部门	签到	考核分数/结果
1	品质部	王修元		☐ 合格 ☐ 不合格	16			☐ 合格 ☐ 不合格
2	品质部	黄万良		☐ 合格 ☐ 不合格	17			☐ 合格 ☐ 不合格
3	品质部	袁敏		☐ 合格 ☐ 不合格	18			☐ 合格 ☐ 不合格
4				☐ 合格 ☐ 不合格	19			☐ 合格 ☐ 不合格
5				☐ 合格 ☐ 不合格	20			☐ 合格 ☐ 不合格
6				☐ 合格 ☐ 不合格	21			☐ 合格 ☐ 不合格
7				☐ 合格 ☐ 不合格	22			☐ 合格 ☐ 不合格
8				☐ 合格 ☐ 不合格	23			☐ 合格 ☐ 不合格
9				☐ 合格 ☐ 不合格	24			☐ 合格 ☐ 不合格
10				☐ 合格 ☐ 不合格	25			☐ 合格 ☐ 不合格
11				☐ 合格 ☐ 不合格	26			☐ 合格 ☐ 不合格
12				☐ 合格 ☐ 不合格	27			☐ 合格 ☐ 不合格
13				☐ 合格 ☐ 不合格	28			☐ 合格 ☐ 不合格
14				☐ 合格 ☐ 不合格	29			☐ 合格 ☐ 不合格
15				☐ 合格 ☐ 不合格	30			☐ 合格 ☐ 不合格

培训合格

1/8

测量设备台账

序号	设备编号	计量器具名称	型号	准确度等级/最大允许误差	测量范围	最小分度值	制造厂	技术参数	检定/校准部门	检定/校准日期	检定/校准报告编号	检定周期	计量确认日期	验证人	验证结果	计量确认周期	存放
1	362	水表校验装置	LS-3B	0.2级	(1~100) kg、 (1~30) kg	/	宁波市水表仪器厂		广东省计量科学研究院	2021年10月11日	NRJ202100454	2年	2021年10月11日	王俊元	合格	2年	生产部
2	668	水表校验装置	LS-3B	0.2级	5L、10L、50L、 100L	/	宁波市水表仪器厂		广东省计量科学研究院	2021年9月27日	NRJ202100453	2年	2021年9月27日	王俊元	合格	2年	生产部
3	669	水表磨损试验装置	LSM	0.2级	(15~25) mm	/	宁波市水表仪器厂		广东省计量科学研究院	2022年10月13日	NRC202200360	1年	2022年10月13日	王俊元	合格	1年	生产部
4	S12412204275	橡胶硬度计	LX-A	U=0.46HA, K=2; U=0.50HD, K=2	00) HA, (0~10	/	HANDPI		深圳市计量质量检测研究院	2022年8月23日	JL2226416971	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
5	MQ2135549-3	螺纹塞规	G3/4	MPE: (0.18+L/2000) μm	25.294mm	1mm	哈尔滨量具刃具厂	R3/4	深圳市计量质量检测研究院	2022年8月23日	JL2226416981	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
7	MQ2135549-4	螺纹塞规	G1	MPE: (0.18+L/2000) μm	31.781mm	1mm	哈尔滨量具刃具厂	G3/4	深圳市计量质量检测研究院	2022年8月23日	JL2226416991	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
8	MQ2135549-8	G管螺纹环规	G3/4 BT	MPE: (0.18+L/2000) μm	(0~600) mm	1mm	哈尔滨量具刃具厂	G1	深圳市计量质量检测研究院	2022年8月23日	JL2226417011	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
9	MQ2135549-9	G管螺纹环规	G3/4BZ	MPE: (0.18+L/2000) μm	24.985 mm	1mm	哈尔滨量具刃具厂	G3/4 TB	深圳市计量质量检测研究院	2022年8月23日	JL2226417021	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
10	MQ2135549-5	G管螺纹环规	G1 BZ	MPE: (0.18+L/2000) μm	31.421mm	1mm	哈尔滨量具刃具厂	G1 TB	深圳市计量质量检测研究院	2022年8月23日	JL2226417031	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
11	MQ2135549-6	G管螺纹环规	G1 BT	MPE: (0.18+L/2000) μm	31.772mm	1mm	哈尔滨量具刃具厂	G1 BT	深圳市计量质量检测研究院	2022年8月23日	JL2226417001	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
12	C0521070115	电子天平	JWI-700C	0.01KG	0-200KG	0.1g	衡之宝	测量范围 0-200KG	深圳市计量质量检测研究院	2022年8月23日	JL2226417041	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
13	C0421071125	电子天平	JWI-700C	0.01KG	0-30KG	0.1g	衡之宝	测量范围 0-30KG	深圳市计量质量检测研究院	2022年8月23日	JL2226416931	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
14	1J59688	带表卡尺	0-150MM	/	0~15mm	0.01mm	哈尔滨量具刃具厂	1~1000次	深圳市计量质量检测研究院	2022年8月25日	JL2226417051	1年	2022年8月25日	王俊元	合格	1年	生产部
15	38888	温湿度计	WS9402	/	(-30~50) °C	1°C	广博	U=3.6V;	深圳市计量质量检测研究院	2022年8月26日	JL2226417061	1年	2022年8月26日	王俊元	合格	1年	生产部
16	5684	玻璃转子流量计	LZB-15	-2.2	(4-90) m³/h	1ml/cm	宁波市水表仪器厂	U=3.6V;	广东省计量科学研究院	2022年8月23日	NRC202100330	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
17	2678	玻璃转子流量计	LZB-25	-1.4	(70-800) m³/h	10ml/cm	宁波市水表仪器厂	15~80	广东省计量科学研究院	2022年8月23日	NRC202100330	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
18	4387	玻璃转子流量计	LZB-50	1.3	(450-8000) m³/h	50ml/cm	宁波市水表仪器厂	(15~25) mm	广东省计量科学研究院	2022年8月23日	NRC202100330	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
19	5970	玻璃转子流量计	LZB-15	-2.2	(70-800) m³/h	1ml/cm	宁波市水表仪器厂	(0-90) m³/h	广东省计量科学研究院	2022年8月23日	NRC202100323	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
20	3528	玻璃转子流量计	LZB-25	-1.9	(450-8000) m³/h	50ml/cm	宁波市水表仪器厂	(15~25) mm	广东省计量科学研究院	2022年8月23日	NRC202100323	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部
21	4540	玻璃转子流量计	LZB-50	-1.2	(450-8000) m³/h	50ml/cm	宁波市水表仪器厂	(70-800) m³/h	广东省计量科学研究院	2022年8月23日	NRC202100323	1年	2022年8月23日	王俊元	合格	1年	生产部