测量设备溯源抽查表

编号：0128-2021-2023

企业名称	上海双高阀门(集团)有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√不符合打×
质管部	洛氏硬度计	0415	HR-150A	U=0.4HRC,k=2	标准洛氏硬度块 63.9HRC，均匀性 0.2HR 46.4HRC, ，均匀性 0.5HR 28.5HRC, ，均匀性 0.3HR	上海惠量计量检测有限公司	2022.8.3	√
质管部	磁粉探伤仪	1162	CDX-Ш	交流提升力：U=4.8N，k=2 旋转提升力：U=4.8N，k=2	磁轭式磁粉探伤机拉力检定装置：U=0.2%FS，k=2	上海市计量测试技术研究院	2022.6.27	√
制造部	压力表	20210800570	（0-1.6）MPa	1.6 级	精密压力表标准装置：0.4 级	上海市松江区计量质量检测所	2023.2.13	√
质管部	接地电阻测试仪	04629728	AR4105A+	±2%；200Ω时：Urel=0.19%,k=2	接地电阻表检定电阻器：0.1 级	上海惠量计量检测有限公司	2022.8.3	√
制造部	深度卡尺	LS10-001	(0-200)mm	U=(12+2L)μm（L---m）,k=2	量块：5 等	上海惠量计量检测有限公司	2022.8.3	√
质管部	红外线测温仪	H008	HT-8872	U=0.5°C,k=2	黑体辐射源：U=1.3°C,k=2	上海惠量计量检测有限公司	2022.8.3	√
质管部	液压万能试验机	FP093	WEW-300D	±1% U_{rel}=0.22%,k=2	标准测力仪 0.1 级	上海惠量计量检测有限公司	2022.8.3	√

审核综合意見：

公司未建立最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托“上海市计量测试技术研究院”（计量授权证书号：（国）法计（2017）01019 号）、“上海市松江区计量质量检测所”（计量授权证书号：（沪）法计（2019）106 号）、“上海惠量计量检测公司”（机构注册号为：CNAS L6234）”进行检定/校准，检定/校准证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2023 年 3 月 13 日上午至 2023 年 3 月 13 日下午

审核员签字：刘 陈 胜　　部门代表签字：邹 炜