



测量设备溯源抽查表

编号：0123-2021-2023

企业名称	沈阳航天新阳机电有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产车间	二等标准金属量器	467	50L	最大允许误差： $\pm 2.5 \times 10^{-4} \text{L}$	一等金属量器 最大允许误差： $5 \times 10^{-5} \text{L}$	沈阳计量测试院	2022年7月01日	√
生产车间	防爆数字温度显示仪	20220422	WST-A2	$U=0.2^{\circ}\text{C}$ $k=2$	多功能校准器 $U_{99}=(1-5) \times 10^{-6}$	北京市计量检测科学研究院	2022年4月21日	√
质量部	钳形接地电阻测试仪	20750727	ETCR2000 B+	$U_{rel}=0.6\%$ $k=2$	直流电阻箱：0.01级	辽宁东测检测技术有限公司	2022年10月08日	√
生产车间	不锈钢压力表	HC65532873 162	(0~1) MPa	$U_{rel}=0.34\%$ $k=2$	活塞式压力计： 0.05级	辽宁东测检测技术有限公司	2022年10月08日	√
质量部	声级计	C160417685	UT351	$U=0.6\text{dB}$ $k=2$	实验室标准传声器： $U_{rel}=(0.05 \sim 0.20) \text{dB}$ $k=2$ ；多功能声标准器：I级	辽宁东测检测技术有限公司	2022年10月08日	√
质量部	可燃气体探测器	S782483	SPD202/EX	$U_{rel}=2.1\%$ $k=2$	甲烷气体标准物质： $U_{rel}=1\%$ $k=3$	辽宁东测检测技术有限公司	2022年10月08日	√
质量部	电子秒表	XY004	YS-8120	$U=0.01\text{s}$ $k=2$	时间检定仪： $\text{MPE}:\pm 5 \times 10^{-7}\text{s}$	辽宁东测检测技术有限公司	2022年10月08日	√
质量部	温湿度表	XY001	WS-2021	温度： $U=0.4^{\circ}\text{C}$ 湿度： $U=1.8\%\text{RH}$ ($K=2$)	精密露点仪： $\text{MPE}:\pm 1\%\text{RH}$ $\text{MPE}:\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ； 温湿度检定箱： $\text{MPE}:\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 、 $\text{RH}/\text{MPE}:\leq \pm 1.0\%\text{RH}$	辽宁东测检测技术有限公司	2022年10月08日	√

审核综合意见：

（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）

公司已制定《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，公司未建计量标准，测量设备由质量部负责溯源并保管证书，公司测量设备均委托辽宁东测检测技术有限公司、沈阳计量测试院、北京市计量检测科学研究院等校准根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

审核日期：2023年03月06日上午~03月07日上午 审核员签字：

部门代表签字：

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。