




编号: 0123-2021-2023

不符合项报告

企业名称:	沈阳航天新阳机电有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质量部	陪同人员:	任东民
不符合事实描述: 现场发现编号:HC65532873162, 型号: (0~1) MPa 的不锈钢压力表, 2022 年 10 月 08 日校准, 但没有进行计量验证直接投入使用。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 7.1.1 计量确认 总则的要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 计量确认 总则</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合<u>√</u>; 审核员(签名)  陪同人员(签名)  企业部门代表(签名)  日期: 2023 年 03 月 07 日			
纠正措施: 1、对编号:编号:HC65532873162, 型号: (0~1) MPa 的不锈钢压力表。进行验证, 并保存可追溯记录。 2 对其他测量设备验证记录进行核查, 并做好记录。杜绝类似问题发生。 3 组织对相关人员进行培训。 企业部门代表签名:  审核员签名: 			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名:  日期: 2023 年 03 月 07 日			

可另附页