



测量设备溯源抽查表

编号: 0277-2020-2023

企业名称		北京博思达水仪器仪表有限公司						
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
生产部	流量检定装置	20130801	BSD (15-25)	$t=(50\pm 5)^{\circ}\text{C}$ 0.38% ($k=2$)	砝码 (10kg): F1 等级 砝码 (20kg): F1 等级	北京计量检测科学研究院	2021.9.3	√
生产部	流量检定装置	20160801	MH32-200	$t=(50\pm 5)^{\circ}\text{C}$ 0.39% ($k=2$)	砝码 (10kg): F1 等级 砝码 (20kg): F1 等级	北京计量检测科学研究院	2021.9.3	√
生产部	温湿度计	1411001	ZX75	温度: $t=1^{\circ}\text{C}$ $k=2$ 湿度: 2%RH $k=2$	秒表检定仪: $\pm 1\text{e}10^{-7}$ 时钟测试仪: $t=0.4\%$ ($k=2$)	北京计量检测科学研究院	2023.3.7	√
生产部	压力表	HY70591800129	Y-100	(0~1.6) MPa 2.5 级	标准活塞式压力校验计: 0.02 级	北京计量检测科学研究院	2023.3.8	√
生产部	标准铂电阻温度计	7615	WZPB-2	二等标准	铂电阻温度计工作基准装置: 工作基准 标准铂电阻温度计: 工作基准	北京计量检测科学研究院	2021.12.3	√
生产部	热能表检定用恒温槽	140717-1	RST-04IV	$t=0.004^{\circ}\text{C}$ $k=2$	标准铂电阻温度计: 一等标准	北京计量检测科学研究院	2021.9.3	√

审核综合意见:

公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由研发部负责溯源。公司测量设备全部委托北京计量检测科学研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由研发部保存。根据抽查情况，该公司的溯源符合要求

审核日期: 2023 年 3 月 16 日

审核员签字: 孙江春

部门代表签字: 曹健清

说明: “计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。

