



测量设备溯源抽查表

编号: 0027-2020-2023

企业名称	东营市福祥工贸有限责任公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	测量标准装置准确度等级	校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质控部	外径千分尺	BK-125001	(0-25) mm	$\pm 0.004\text{mm}$ $U=0.001\text{mm}$ $k=2$	量块: 4 等	山东凯利布森测控技术有限公司	2022.5.11	√
质控部	游标卡尺	BK-123002	(0-150)mm	$\pm 0.03\text{mm}$ $U=0.01\text{mm}$ $k=2$	量块: 5 等	山东凯利布森测控技术有限公司	2022.5.11	√
质控部	内径千分尺	E04481	(50-75)mm	$\pm 9\mu\text{m}$ $U=2\mu\text{m}$ $k=2$	量块: 3 等	山东凯利布森测控技术有限公司	2022.5.11	√
生产部	钢卷尺	02000101	20m	$U=(0.2-2.2)\text{mm}$ $k=2$	标准钢卷尺: MPE: $\pm(0.03+0.03L)\text{mm}$	山东凯利布森测控技术有限公司	2022. 5. 11	√

审核综合意见:

公司未建立最高计量标准, 测量设备由质控部负责溯源。公司测量设备全部委托“山东凯利布森测控技术有限公司”(机构注册号为 CNAS L7829) 进行校准, 校准证书由质控部保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 3 月 16 日上午至 2023 年 3 月 17 日下午

审核员签字:

部门代表签字: