



## 测量设备溯源抽查表

编号: 0039-2020-2023

| 企业名称 | 东营市奥能电器成套设备有限公司 |                |               |                                                                    |                                                                                               |            |            |                   |
|------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 部门   | 测量设备名称          | 测量设备编号         | 型号规格          | 测量设备计量特性                                                           | 测量标准装置名称及技术参数                                                                                 | 检定/校准机构    | 检定/校准日期    | 符合打<br>√<br>不符合打× |
| 生产部  | 千分尺             | W131023<br>355 | (0~25)<br>mm  | $\pm 0.004\text{mm}$<br>$U=0.0013\text{mm}$<br>$k=2$               | 量块<br>3 等                                                                                     | 安正计量检测有限公司 | 2022.09.02 | √                 |
| 生产部  | 游标卡尺            | AON001         | (0~150)<br>mm | $\pm 0.03\text{mm}$<br>$U=0.01\text{mm}$<br>$k=2$                  | 量块 (12 块)<br>4 等                                                                              | 安正计量检测有限公司 | 2022.09.02 | √                 |
| 质检部  | 耐压测试仪           | 4787           | CC2672D-A     | 测试电压:<br>$U_{rel}=1.2\%$<br>$k=2$                                  | 耐电压测试校验装置<br>MPE:ACV: $\pm 0.5\%$<br>DCV: $\pm 0.2\%$<br>ACI: $\pm 0.2\%$<br>DCI: $\pm 0.2\%$ | 安正计量检测有限公司 | 2022.09.02 | √                 |
| 质检部  | 绝缘电阻表           | 1099569        | ZC25B-3       | (0-500)M $\Omega$<br>$U_{rel}=3.0\%$<br>$k=2$                      | 绝缘电阻表检定装置<br>电阻: $U_{rel}=0.2\%$<br>电压: $U_{rel}=1\%$                                         | 安正计量检测有限公司 | 2022.6.15  | √                 |
| 质检部  | 接地电阻测量仪         | 20436          | CC2521        | (0-600)M $\Omega$<br>$U_{rel}=1\%$ $k=2$                           | 接地电阻仪检定装置<br>0.1 级                                                                            | 安正计量检测有限公司 | 2022.09.02 | √                 |
| 生产部  | IP20C 试验探棒      | CX210326<br>5  | CX-12.5       | 尺寸:<br>$U=0.03\text{mm.k}$<br>$=2$<br>力值:<br>$U_{rel}=6\%$ , $k=2$ | 力值砝码<br>$\pm 1\%$                                                                             | 安正计量检测有限公司 | 2022.3.23  | √                 |

### 审核综合意见:

公司未建立最高计量标准,测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托“安正计量检测有限公司”(机构注册号为 CNAS L9002)进行校准,校准证书由质检部保存。根据抽查情况,该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 3 月 18 日下午至 2023 年 3 月 19 日上午

审核员签字:

部门代表签字:

