



编号: 0039-2020-2023

不符合项报告

企业名称:	东营市奥能电器成套设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 李国华	
不符合事实描述: 查质检部出厂编号为 04787 的耐压测试仪, 其校准证书编号为 AL2209452505, 校准日期为 2022 年 9 月 2 日, 处于有效校准状态。质检部未提供出计量确认验证记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认总则”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> </u> ✓ ; 审核员(签名) <u>鞠永波</u> 陪同人员(签名) <u>李国华</u> 企业部门代表(签名) <u>刘志峰</u> 日期: 2023 年 3 月 19 日			
纠正措施: 立即对耐压测试仪, 根据校准信息完成 计量确认验证记录, 并举一反三的整改。 企业部门代表签名: <u>刘志峰</u> 审核员签名: <u>鞠永波</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠永波</u> 日期: <u>2023. 3. 19</u>			

可另附页

