



测量设备溯源抽查表

编号: 0177-2021-2023

企业名称	宿迁市益源塑业有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
质检部	游标卡尺	K6005185	(0~300)mm	$\pm 0.04\text{mm}$ $U=0.02\text{mm}, k=2$	量块: 4等	深圳中电计量测试技术有限公司	2023.02.15	√
质检部	电子天平	23456	KF-1003	$\pm 0.15\text{g}$ $U=0.05\text{g}, k=2$	砝码: F2级	深圳中电计量测试技术有限公司	2023.02.15	√
质检部	液晶显示环刚度试验机	15027	XHS-20	$\pm 2.0\%$ $U_{rel}=0.4\%, k=2$	标准测力仪: 0.3级	深圳中电计量测试技术有限公司	2023.02.15	√
生产部	压力表	111613	(0~2.5)MPa	$\pm 0.04\text{MPa}$ $U_{rel}=0.5\%\text{FS}, k=2$	数字压力校验仪: 0.05级 $U_{rel}=0.027\%, k=2$	深圳中电计量测试技术有限公司	2023.02.15	√
生产部	电子秤	818996	TCS-150	$U=0.05\text{kg}, k=2$	砝码:M2级	深圳中电计量测试技术有限公司	2023.02.15	√

审核综合意见:

公司已制定了《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》、《量值溯源管理控制程序》，公司未建立最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

审核日期:2023年03月20日上午~03月20日下午

审核员签字:

汪定光

部门代表签字:

王明