



编号: 0056-2020-2023

不符合项报告

企业名称:	大庆市圣广远机械设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	曾丽丽
不符合事实描述: 企业在用测量设备直流光谱仪, 编号 58963, 型号: M4000, 没有纳入测量设备台账中管理, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名) <u>王磊</u> 陪同人员(签名) <u>曾丽丽</u> 企业部门代表(签名) <u>马小硕</u> 日期: 2023.3.17			
纠正措施: <u>立即将该测量设备纳入台账管理. 对其它设备进行检查. 杜绝类似问题的发生.</u> 企业部门代表签名: <u>马小硕</u> 审核员签名: <u>王磊</u>			
纠正措施完成情况: <u>纠正措施实施完成符合</u> 审核组代表签名: <u>王磊</u> 日期: <u>2023.3.17</u>			

可另附页

