



编号: 0274-2021-2023

不符合项报告

企业名称:	沈阳晟林博石化设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	质检部	陪同人员:	肖洪喜
不符合事实描述: 查企业计量确认过程记录没有对测量设备编号: 24560 游标卡尺 (0-150) mm 没有填写计量确认记录, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.4 计量确认过程记录 不符合认证审核准则条款号: 不符合 GB/T19022-2003 标准中 7.1.4 计量确认过程记录 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合__√__; 审核员(签名) <u>王红</u> 陪同人员(签名) <u>肖洪喜</u> 企业部门代表(签名) <u>肖洪喜</u> 日期: 2023.3.16.			
纠正措施: 将该测量设备进行计量确认后, 将记录补充完整, 对其他设备进行检查, 杜绝类似事情发生. 企业部门代表签名: <u>肖洪喜</u> 审核员签名: <u>王红</u>			
纠正措施完成情况: 纠正预防措施已完成整改, 符合要求. 审核组代表签名: <u>王红</u> 日期: 2023.3.16.			

可另附页