



编号: 20308-2023

测量设备溯源抽查表

企业名称	北京方仕工贸有限公司							
部门	测量设备名称	测量设备编号	型号规格	测量设备计量特性	测量标准装置名称及技术参数	检定/校准机构	检定/校准日期	符合打√ 不符合打×
品质部	拉力试验机	Z22120	ZF-618	±1%	标准测力仪 /BSS-100kg: 0.1 级 标准测力仪 /DBSL-1t: 0.1 级	深圳广测检测技术有限公司	2022.4.21	√
品质部	点对点电阻率测试仪	Z22119	ZF-613	(1~500) MΩ: $U_{rel}=1\%$ 开路电压 100V: $U_{rel}=1\%$	开关式精密直流电阻箱/1511342: 0.01 级	深圳广测检测技术有限公司	2022.4.21	√
品质部	织物摩擦带电电荷量测定仪	Z22117	ZF-611	$U_{rel}=0.2\%$ ($k=2$)	标准大电容箱 /51300004: 0.002 级	深圳广测检测技术有限公司	2022.4.21	√
品质部	钢直尺	2022-004 67	1000 mm	< (1~300) mm ±0.10mm < (300~600) mm ±0.15mm < (600~1000) mm ±0.20mm	三等标准金属线纹尺 (1000mm): 三等	北京市计量检测科学研究院	2023.2.6	√

审核综合意见:

已制定《测量设备管理程序》、《溯源性管理程序》、《外部供方管理程序》、《计量确认管理程序》，公司未建计量标准，品质部负责测量设备送检并保管证书，测量设备委托“深圳广测检测技术有限公司、北京市计量检测科学研究院”进行检定/校准，符合溯源性要求。

审核日期: 2023 年 3 月 18 日~3 月 19 日

审核员签字:

部门代表签字:

明: “测量设备计量特性” 可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。